



**Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

**Pracoviště:** Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311  
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

## OVĚŘOVACÍ LIST

### č. 8012-OL-70270-25

**Datum vydání:** 7. dubna 2025 List 1 ze 2 listů

**Vlastník:** Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

**Zákazník:** ATS-TELCOM PRAHA a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – Michle

**Měřidlo:** Silniční laserový rychloměr  
**výrobce:** Laser Technology, Inc., USA  
**typ:** LTI 20/20 TruCAM II  
**výrobní číslo rychloměru:** TC013185  
**rozsah měření rychlosti:** 0 km.h<sup>-1</sup> až 250 km.h<sup>-1</sup>  
**rok výroby:** 2025

**Použité etalony:** Etalonové pásmo STABILA, SRN, typ 30 m, v.č. 01, návaznost na státní etalon délky ČMI.  
Simulátor pro zkoušky laserových rychloměrů typ LSMS, výrobce LASER Technology Inc., USA, v.č. SS000010+OH000015, návaznost na státní etalon frekvence.

**Podmínky měření:** Teplota okolí : ( 22 ± 1 ) °C, relativní vlhkost vzduchu ( 24,9 ± 2,1 ) %

**Místo ověření:** Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, odd. akustiky a kinematiky, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

**Datum zkoušky:** 7. dubna 2025

**Ověření provedl:** **zástupce ředitele ČMI LPM Praha:**

**Ing. Enrico Buttora**



**Ing. Jiří Borovský**

**Metoda měření:** Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C040-18 ze dne 31.10.2018.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **6. dubna 2026**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.

